

Волнобой (41)

7 ПАСПОРТ

Наименование Предприятия ДП «ГПК Украина» компании «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмБХ»		ПАСПОРТ на весы автомобильные электромеханические модели 2179BA-60Э				Дата ввода в эксплуатацию	
Завод-изготовитель		Заводской номер	Инвентарный №	Тип или система	Пределы измерений	Дискретность	Периодичность поверки – не реже 1 раза в год
ООО ТНПЦ «ТОМ»		№ 79	-	2179BA-60Э	От 2 т до 10 вкл. Свыше 10 до 40 т вкл. Свыше 40 до 60 т вкл.	20 кг	Погрешность весов при поверке первичной      периодической
						±20 кг	
						±20 кг      ±40 кг	
						±40 кг      ±60 кг	

Перечень основных частей весов: грузоприемная платформа; АЦП СИМ-А04.13.1; ПЭВМ; принтер; датчики НМ9А-20t фирмы ZEMIC – 6 шт.

Весы подлежат первичной и периодической поверкам в соответствии с методикой поверки, указанной в разделе 4 руководства по эксплуатации 2179BA-60Э.00.000 РЭ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Дата поверки	Вывод (годны, не годны, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, оттиск поверочного клейма	Дата поверки	Вывод (годны, не годны, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, оттиск поверочного клейма
23.05 26.03	1-27590 11-27600 11-55270 11-55270				
22.05 20.04	ТОМЕ				
26.05 20.05	ТОМЕ				
21.04 20.06	1-27640 2-27600 3-55140 4-55140				
26.10 20.06	7т 20т 38834 38834 18845 54500 18845 54500				
12.10 20.04	6т 20т 38602 15873 38980 15873 53022 15873 53022				
17.10 18	1-38356 2-38980 3,4-53150				


Начальник лаборатории №1  
ГП «Одессастандартметрология»

В.И.Новиков

Представитель ООО ТНПЦ «ТОМ»

В.А.Орлов

Дата заполнения паспорта « 20 г.



Подпись  
Подпись

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Державне підприємство  
"Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"  
(ДП "Одесастандартметрологія")  
65014 м. Одеса, вул. Чорноморська, 10, тел. 726-79-49, факс 726-79-57

Свідоцтво про уповноваження № ПК 014-2014 від 31.07.14 р.

**С В І Д О Ц Т В О**  
про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 5917 -MX

Чинне до " 17 " жовтня 20 19 р.

Назва та умовне позначення \_\_\_\_\_ Ваги автомобільні електромеханічні

2179BA-60Э

Зав. № 79

Виробник \_\_\_\_\_ ТОВ ТНВЦ «Том»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки  
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам \_\_\_\_\_ технічної документації виробника  
(назва нормативно-правового акта,


що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних характеристик

Мах = 60 т; d=e= 20 кг; Δ= +20 кг

(клас точності, похибки, діапазони вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на    стор. у    прим.

Персонал, який виконував  
роботи з повірки

  
(підпис)

І.В. Шаповалов  
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка  
повірочного тавра



" 17 " жовтня 20 18 р.

Перевірено:  
Начальник лабораторії МЗ ВДМ

  
В.І. Новиков

РЕФ 42

## 7 ПАСПОРТ

Наименование предприятия ДП «ГПК Украина» компании «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмБХ»		ПАСПОРТ на весы автомобильные электромеханические модели 2173BA-60Э				Дата ввода в эксплуатацию	
						Периодичность поверки – не реже 1 раза в год	
Завод-изготовитель	Заводской номер	Инвентарный №	Тип или система	Пределы измерений	Дискретность	Погрешность весов при поверке	
						первичной	периодической
ООО ТНПЦ «ТОМ»	№ 73	—	2173BA-60Э	От 2 т до 10 вкл.	20 кг	±20 кг	
				Свыше 10 до 40 т вкл.		±20 кг	±40 кг
				Свыше 40 до 60 т вкл.		±40 кг	±60 кг

Перечень основных частей весов: грузоприемная платформа; АЦП СИМ-А04; ПЭВМ; принтер; датчики НМ9А производства корпорации ZEMIC – 6 шт.

Весы подлежат первичной и периодической поверкам в соответствии с методикой поверки, указанной в разделе 4 руководства по эксплуатации 2173BA-60Э.00.000 РЭ.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Дата поверки	Вывод (годен, не годен, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, отпечаток поверочного клейма	Дата поверки	Вывод (годен, не годен, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, отпечаток поверочного клейма
12.11 2012	годен 1-27570 3-55200 2-27525 4-55200				
12.11 2013	годен 1-27570 3-55200 2-27525 4-55200				
10.11 2014	годен 1-27570 3-55320 2-27570 4-55320				
10.11 2015	годен 1-27590 3-55320 2-27530 4-55320				
26.10 2016	годен 1-27528 2-27480 3,4-55336				
06.10 2017	годен 1-27600 2-27700 3,4-55456				
05.10 18	годен 1-27435 2-27573 3,4-55368				

Начальник отдела  
ГП «Одессастандартметрология»

В.И.Новиков

Представитель ООО ТНПЦ «ТОМ»

А.О.Уманец

Дата заполнения паспорта « 12 » 11 20 12 г.



КТО ГЛК

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Державне підприємство

"Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"  
(ДП "Одесастандартметрологія")

65014 м. Одеса, вул. Чорноморська, 10, тел. 726-79-49, факс 726-79-57

Свідоцтво про уповноваження № ПК 014-2014 від 31.07.14 р.

С В І Д О Ц Т В О

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 5765 -MX

Чинне до " 05 " жовтня 20 19 р.

Назва та умовне позначення Ваги автомобільні електромеханічні

2173BA-60Э

Зав. № 73

Виробник ТОВ ТНПЦ «ТОМ»

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки  
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам технічної документації виробника  
(назва нормативно-правового акта,


що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних характеристик

Max = 60 т; d=e=20 кг; Δ= + 20 кг

(клас точності, похибки, діапазони вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на    стор. у    прим.

Персонал, який виконував  
роботи з перевірки

  
(підпис)

І.В. Шаповалов  
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка  
повірочного тавра



" 05 " жовтня 20 18 р

Перевірено:  
Начальник лабораторії МЗ ВДМ

 В.І. Новиков