

РЕФ 12

## 7 ПАСПОРТ

Наименование предприятия ДП «ГПК Украина» компании «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ»		ПАСПОРТ на весы автомобильные электромеханические модели 2173BA-60Э				Дата ввода в эксплуатацию	
						Периодичность поверки – не реже 1 раза в год	
Завод-изготовитель	Заводской номер	Инвентарный №	Тип или система	Пределы измерений	Дискретность	Погрешность весов при поверке	
						первичной	периодической
ООО ТНПЦ «ТОМ»	№ 73	– 1521	2173BA- 60Э	От 2 т до 10 вкл.	20 кг	±20 кг	
				Свыше 10 до 40 т вкл.		±20 кг	±40 кг
				Свыше 40 до 60 т вкл.		±40 кг	±60 кг

Перечень основных частей весов: грузоприемная платформа; АЦП СИМ-А04; ПЭВМ; принтер; датчики НМ9А производства корпорации ZEMIS – 6 шт.

Весы подлежат первичной и периодической поверкам в соответствии с методикой поверки, указанной в разделе 4 руководства по эксплуатации 2173BA-60Э.00.000 РЭ.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Дата поверки	Вывод (годен, не годен, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, оттиск поверочного клейма	Дата поверки	Вывод (годен, не годен, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, оттиск поверочного клейма
12.11 2012	годен 1-27540 3-55200 2-27525 4-55200				
12.11 2013	годен По указке				
10.11 2014	годен 1-27570 3-55320 2-27570 4-55320				
10.11 2015	годен 1-27590 3-55320 2-27530 4-55320				
26.10 2016	годен 1-27528 2-27490 3,4-55336				
06.10 2017	годен 1-27600 2-27700 3,4-55456				
05.10 18	годен 1-27435 2-27573 3,4-55368				
02.10 2018	испроб. 1-27370 2-27565 3,4-55290				
02.10 2019	испроб. 1-27450 2-27565 3,4-55420				
04.10 доп	годен 1-27450 2-27585 3,4-55290				

Начальник отдела  
ГП «Одессастандартметрология»

В.И.Новиков

Представитель ООО ТНПЦ «ТОМ»

А.О. Уманец

Дата заполнения паспорта «12» 11 2012 г.



подпись

подпись

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство  
"Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"  
(ДП "Одесастандартметрологія")

65014 м. Одеса, вул. Чорноморська, 10, тел. 726-79-49, факс 726-79-57

Свідоцтво про уповноваження № П-36-2019 від 24.07.2019 р.

## СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 3584 -МХ

Чинне до " 01 " жовтня 20 21 р.

Назва та умовне позначення Ваги автомобільні електромеханічні

2173ВА-60Э

Зав. № 73

Виробник ТОВ ТНПЦ «ТОМ»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки  
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам експлуатаційної документації

(назва нормативно-правового акта/нормативного документа,

фірми-виробника

що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

клас точності середній; 2-60 т; e=d=20 кг

характеристик (клас точності, похибки, діапазони вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на    стор. у    прим.

Персонал, який виконував  
роботи з повірки

  
(підпис)

І. В. Шаповалов  
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка  
повірного тавра



" 01 " жовтня 20 20 р.

„Волновий“ М

7 ПАСПОРТ

Наименование Предприятия ДП «ГПК Украина» компании «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ»		ПАСПОРТ на весы автомобильные электромеханические модели 2179BA-60Э				Дата ввода в эксплуатацию	
						Периодичность поверки – не реже 1 раза в год	
Завод-изготовитель	Заводской номер	Инвентарный №	Тип или система	Пределы измерений	Дискретность	Погрешность весов при поверке	
ООО ТНПЦ «ТОМ»	№ 79	– 1520	2179BA-60Э	От 2 т до 10 вкл. Свыше 10 до 40 т вкл. Свыше 40 до 60 т вкл.	20 кг	первичной	периодической
						±20 кг	
						±20 кг	±40 кг
						±40 кг	±60 кг

Перечень основных частей весов: грузоприемная платформа; АЦП СИМ-А04.13.1; ПЭВМ; принтер; датчики НМ9А-20т фирмы ZEMIC – 6 шт.

Весы подлежат первичной и периодической поверкам в соответствии с методикой поверки, указанной в разделе 4 руководства по эксплуатации 2179BA-60Э.00.000 РЭ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Дата поверки	Вывод (годны, не годны, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, оттиск поверочного клейма	Дата поверки	Вывод (годны, не годны, масштабный коэффициент измерительных каналов)	Подпись поверителя, оттиск поверочного клейма
23.05 2013	I-24590 II-27600 III-55270 IV-55270				
22.05 2014	Точне				
22.05 2015	Точне				
21.06 2016	1-27640 2-27600 3-55140 4-55140				
26.10 2016	1-38934 2-38834 3-54500 4-54500				
12.10 2017	6т 20т 1-38602 2-38980 3-53022 4-53022				
17.10 2018	1-38356 2-38980 3,4-53150				
02.10 2019	1-38510 2-38946 3,4-52943				
02.10 2019	1-38690 2-38946 3,4-52943				
01.10 2020	1-8-15342 38446 2-38946 3,4-52920				

Начальник лаборатории №1  
ГП «Одессастандартметрологія»

В.И.Новиков

Представитель ООО ТНПЦ «ТОМ»

В.А.Орлов

Дата заполнения паспорта «...» 20... г.



Подпись  
Подпись

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство  
"Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"  
(ДП "Одесастандартметрологія")

65014 м. Одеса, вул. Чорноморська, 10, тел. 726-79-49, факс 726-79-57

Свідоцтво про уповноваження № П-36-2019 від 24.07.2019 р.

## СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 3583 -МХ

Чинне до " 01 " жовтня 20 21 р.

Назва та умовне позначення Ваги автомобільні електромеханічні

2179ВА-60Э

Зав. № 79

Виробник ТОВ ТНПЦ «ТОМ»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки  
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам експлуатаційної документації

(назва нормативно-правового акта/нормативного документа,

фірми-виробника

що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

клас точності середній; 2-60 т; e=d=20 кг

характеристик (клас точності, похибки, діапазони вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на    - стор. у    - прим.

Персонал, який виконував  
роботи з повірки

  
(підпис)

І. В. Шаповалов  
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка  
повірного тавра



" 01 " жовтня 20 20 р.